



Metro-Lab Agnieszka Greń
Żary 68-200 ul. Dygasińskiego 1
tel. (+48) 661 472 870
faks (+48) (22) 398 864 45
e-mail: poczta@metro-lab.pl
www.metro-lab.pl

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 30 grudnia 2009

Nr świadectwa: 980/12/2009

Strona 1/2

**PRZEDMIOT
WZORCOWANIA**

Manometr UNI-TROL PA-10 nr 90/06 o zakresie pomiarowym 0-9,9 [bar]
i działce elementarnej 0,1 [bar]

ZGŁASZAJĄCY

**METODA
WZORCOWANIA**

Procedura pomiarowa PP2/2004 wydanie 1

**WARUNKI
ŚRODOWISKOWE**

Temperatura $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$

**DATA WYKONANIA
WZORCOWANIA**

29 grudnia 2009

**SPÓJNOŚĆ
WZORCOWANIA**

Wyniki wzorcowania manometru zostały odniesione do państwowego wzorca ciśnienia przy wykorzystaniu manometru wzorcowego Crystal typ DGT 20BARXP2I nr 649485

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Podano na stronie 2 niniejszego świadectwa

**ZGODNOŚĆ Z
WYMAGANIAMI**

W wyniku wzorcowania stwierdzono, że manometr spełnia wymagania metrologiczne ustalone w normie:
PN-EN 837-1:2000 Ciśnieniomierze z rurką Bourdona Wymagania i wymiary

Agnieszka Greń